

RIESGO POTENCIAL DE ENREDO**Y ESTRANGULACIÓN****CON LOS TUBOS PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL**

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) advierte a los proveedores de atención médica, padres y cuidadores de pacientes pediátricos (niños) que reciben alimentación enteral que existe el riesgo de estrangulación por el uso de tubos para administración de alimentación enteral. del juego de alimentación puede enrollarse alrededor del cuello de un niño y causar estrangulación o muerte. La FDA ha recibido informes de dos niños pequeños que murieron después de ser estrangulados por el tubo.

Recomendaciones para padres y cuidadores de niños que usan juegos de administración de alimentación enteral

- Tenga en cuenta que el tubo del juego de alimentación puede enrollarse alrededor del cuello de un niño, lo que puede provocar estrangulación o muerte.
- En la medida de lo posible, evite dejar los tubos para la alimentación donde los bebés o los niños puedan enredarse.
- Hable con el proveedor de atención médica de su hijo:
 - Si su hijo se ha enredado en el tubo anteriormente.
 - Pasos que puede tomar para asegurarse de que el tubo no se enrolle alrededor del cuello de su hijo, como mantener el tubo alejado del niño tanto como sea posible.
 - Cualquier otra preocupación que pueda tener sobre el riesgo de estrangulación con los tubos del juego de alimentación.

Si su hijo se lesiona debido a la sonda enteral, informe la lesión a:

- <https://www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/index.cfm?action=reporting.home> o DICE@FDA.HHS.GOV o llame al 800-638-2041.

Su informe, junto con información de otras fuentes, puede brindar información que ayude a mejorar la seguridad del paciente.

Otros tubos médicos

Además de la advertencia de la FDA, tenga en cuenta que todo uso de tubos médicos con niños y bebés requiere supervisión, evaluación de la necesidad de tubos médicos, que pueden incluir tubos de oxígeno, tubos intravenosos, cables eléctricos y cables de monitor. El riesgo puede aumentar cuando no se vigila de cerca a un niño, cuando se da vuelta, se sienta o gatea.

La supervisión directa siempre es instruida y recomendada.

Preguntas

Comuníquese con su médico o con Rady Children's HomeCare, 858-966-4941, si tiene preguntas.

Recursos:

- ISMP Medication Safety Alert, Feb. 24, 2022 Volumen 27, Publicacion 4
- <https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/potential-risk-strangulation-children-who-use-feeding-sets>